

RÉSZLETEZŐ OKIRAT

a NAT-2-0292/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az MSZ MÉRÉSTECHNIKAI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6720 Szeged, 225886/49 hrsz.) akkreditált tevékenységi területe:

I. az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

| Sor-szám | Kalibrálandó mérőeszköz / mérendő mennyiség megnevezése/ | Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány | Kalibrálási és mérési képesség $k=2$ | A kalibrálási eljárás azonosítója | Megjegyzés |
|----------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Tömeg | | | | | |
| 1. | Max/d > 300 000 felbontású mérlegek | 100 mg ... 400 g | 0,63 -1,2 mg | KE 5.4-1 | E ₂ |
| 2. | 300 000 > Max/d > 5 000 felbontású mérlegek | 200 mg ... 3500 g | 0,79-100 mg | | F ₂ |
| 3. | 5 000 > Max/d > 1 000 felbontású mérlegek | 10 kg ... 3400 kg | 1,7 g -520 g | | M ₁ |

II. az akkreditált területhez tartozó helyszíni kalibrálási szolgáltatások:

| Sor-szám | Kalibrálandó mérőeszköz / mérendő mennyiség megnevezése/ | Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány | Kalibrálási és mérési képesség $k=2$ | A kalibrálási eljárás azonosítója | Megjegyzés |
|----------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Tömeg | | | | | |
| 1. | Max/d > 300 000 felbontású mérlegek | 100 mg ... 400 g | 0,63 -1,2 mg | KE 5.4-1 | E ₂ |
| 2. | 300 000 > Max/d > 5 000 felbontású mérlegek | 200 mg ... 3500 g | 0,79-100 mg | | F ₂ |
| 3. | 5 000 > Max/d > 1 000 felbontású mérlegek | 10 kg ... 3400 kg | 1,7 g -520 g | | M ₁ |

- VÉGE -